

Oxímetro de pulso

- Botón ON/OFF (Encendido/Apagado)
- Controlador de oxígeno (valor en porcentaje)
- Frecuencia de pulso (valor en latidos por minuto)
- Onda de pulso (onda pleisimográfica)
- Indicador de pulso
- Indicador de batería baja
- Colorar las pilas
- Fijando el accesorio
- Modos de pantalla
- Explicación de funcionamiento

Estimado cliente,
El oxímetro de pulso del dedo es un dispositivo portátil no invasivo diseñado para la medición rápida de la oxigenación de la sangre de la hemoglobina arterial (SpO2) y la frecuencia cardíaca (pulsos) de adultos y pacientes pediátricos. Es conveniente para el uso privado en casa o durante actividades, así como para su uso en el sector médico/hospitalario, instalaciones de tipo hospitalario. Ha sido cuidadosamente diseñado ser de alta precisión durante la repetibilidad.

Las estas instrucciones detalladamente. Esto le permitirá entender todas las funciones y la información sobre seguridad. Desempeño que quiere satisfacer con su producto Microfil. Si tiene cualquier pregunta o problema o si desea pedir piezas de recambio, no dude en contactar con su servicio de atención al cliente de Microfil local. Su distribuidor o farmacia podrá indicarle la dirección del distribuidor de productos de su país. También puede visitarnos en Internet en *www.microfil.com* donde encontrará información útil sobre nuestros productos.
Guarde estas instrucciones en un lugar seguro, ya que pueden ser de utilidad en el futuro.
Cuidado su salud con Microfil AG!

1. Explicación de los símbolos

Las baterías y los dispositivos electrónicos se deben eliminar según indique la normativa local pertinente y no se deben desechar junto con la basura doméstica.

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este dispositivo.

	Pieza aplicada tipo BF
	Mantener en lugar seco
	Fabricante
	Fecha de manufactura
	Alarma de falta de SpO2
	Indicador de batería baja
	Número de serie
	Protección contra gotas de agua
	Representante autorizado en la Comunidad Europea
	Saturación de oxígeno (valor en porcentaje)
	Frecuencia de pulso (valor en latidos por minuto)
	Condiciones de funcionamiento: 5 - 40 °C / 41 - 104 °F
	Condiciones de almacenamiento: -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
	Marca de conformidad CE

Instrucciones importantes de seguridad

- Este dispositivo sólo se debe utilizar para los propósitos descritos en estas instrucciones. El fabricante no se responsabiliza de ningún daño causado por el uso no autorizado.
- No sumerja este dispositivo en el agua o en ningún otro líquido. Si desea más información sobre la limpieza del dispositivo, consulte el apartado «Limpieza y desinfección».**
- No utilice el dispositivo si cree que puede estar roto o detecta alguna anomalía.
- Nunca abra el dispositivo.
- El dispositivo es un dispositivo mediante componentes sensibles y se debe tratar con cuidado. Respete las indicaciones de almacenamiento y funcionamiento que se describen en el apartado «Especificaciones técnicas».
- Proteja el dispositivo de:
 - Agua y humedad.
 - Temperaturas extremas.
 - Impactos y caídas.
 - Contaminación y polvo.
 - Calor y frío.
- La función de este dispositivo puede ser comprometida cuando es utilizado cerca de campos electromagnéticos fuertes tales como teléfonos móviles o una distancia de pelo menos 1 m (de acuerdo con 60601-1-2 table 5).
- En casos en que este dispositivo sea innecesario, deje el dedo odoando con alcohol antes de cada teste. Debe osecar completamente antes de usar.
- No esterilize este dispositivo utilizando autoclave o esterilización de óxido de etileno. Este dispositivo no está diseñado para la esterilización.
- No utilice el dispositivo durante un periodo largo de tiempo, extraiga las baterías.
- Asegúrese de que los niños no utilicen el dispositivo sin supervisión, puesto que podrían tragarse algunas de las piezas más pequeñas. Tenga en cuenta el riesgo de estrangulamiento en caso de que este dispositivo se sumerjiese con cables o tubos.
- Este dispositivo no puede utilizarse como un sustituto de una consulta con su médico.

3. Descripción general

La saturación de oxígeno indica el porcentaje de la hemoglobina en la sangre arterial que se carga con oxígeno. Esto es un parámetro muy importante para la sistema de circulación respiratoria. Muchas enfermedades respiratorias pueden resultar en una saturación de oxígeno baja en la sangre humana.

Significadas funciones pueden reducir la saturación de oxígeno: Regulación automática de la distensión de órganos causada por la anestesia, trauma intenso post-operatorio, lesiones causadas por algunos agentes médicos. Estas situaciones pueden dar lugar a mareos, asntemias y vómitos. Por tanto, es muy importante conocer la saturación de oxígeno de un paciente de modo que los médicos puedan detectar problemas de manera oportuna.

4. Principios de medición

Principio de este oxímetro de pulso del dedo: Una lámpara infrarroja emite luz en las zonas de rojo y del infrarrojo cercano. El espectro de la hemoglobina desoxigenada (Hb) o hemoglobin (HbO2) en las zonas de rojo y del infrarrojo cercano.

Principio de funcionamiento de este dispositivo: La tecnología hemoglobina fotométrica se adapta conforme con el escanero del pulso y la tecnología de grabación, por lo que dos rayos de diferente ondas de luz (660 nm rojo y 905 nm de luz infrarroja) se pueden obtener a una punta de la uña humana a través de un elemento de transmisión de luz. Una señal se deriva obtenida para un elemento fotosensitivo, se mostrará en la pantalla a través del proceso de circuitos electrónicos y microprocesadores que se muestran en la pantalla a través de circuitos electrónicos y un microprocesador.

Esquema de principio de la operación de O2:

- Tubo de emisión de rayos rojo y infrarrojo.
- Tubo de recepción de rayos rojo y infrarrojo.

5. Instrucciones de uso

- Inserte las pilas como se describe en la sección de «Colocar las pilas» (→).
- Introduzca un dedo (lado o con uña hacia arriba; dedo índice o medio se recomiendan) en la abertura del dedo de el dispositivo. Asegúrese de introducir el dedo completamente de manera que los sensores estén completamente cubiertos por el dedo.

Oxímetro de pulso

- Botón ON/OFF
- Saturación de oxígeno (valor en porcentaje)
- Frecuencia de pulso (valor en batimentos por minuto)
- Onda de pulsación (onda pleisimográfica)
- Indicador de pulso
- Indicador de batería baja
- Colorar las pilas
- Fijando el accesorio
- Modos de exhibición
- Operación principal

Estimado cliente,
Su Microfil oxímetro de pulso del dedo es un dispositivo no invasivo portátil diseñado para una verificación puntual de la saturación de oxígeno de la hemoglobina arterial (SpO2) y frecuencia cardíaca en adultos e crianças. É adequado para uso pessoal (em casa, em movimento), assim como para utilização no sector médico (hospitais, instalações de tipo hospitalar). Tem sido clinicamente comprovado ter uma elevada precisão durante a repetibilidade. Leia atentamente as instruções de funcionamento para se informar de todas as funções e informações de segurança. Esperamos que seja satisfeito com o seu produto Microfil. Se tiver alguma questão, problema ou se pretender conhecer peças sobresselvas, não hesite em contactar o seu distribuidor local de Microfil. A farmácia da sua zona poderá indicar a morada do distribuidor Microfil no seu país. Pode também visitar o site *www.microfil.com* onde encontrará toda a informação útil sobre os produtos Microfil. Leia atentamente as manuais de instruções antes de utilizar este dispositivo e quando o usar com segurança.
Guarde estas instruções de uso em um lugar seguro, para que possam ser de utilidade no futuro.
Cuidado sua saúde com Microfil AG!

Mediciones inexactas pueden ocurrir si:

- El paciente sufre de niveles significativos de hemoglobina disfuncional (como carboxyhemoglobin o metemoglobin).
- Corrientes intravasculares (como indocianina verde) o de melioides en tejidos circundantes.
- Se utiliza una fuente de luz ambiental intensa (por ejemplo, luz directa del sol). Proteger a área del sensor con una toalla quirúrgica o si viera desde el exterior.
- Movimiento excesivo do paciente.
- As experiências de pulsações venosas do paciente.
- O paciente tem hipotensão, vasoconstrição grave, hipertensão ou hipotermia.
- O paciente está em paragem cardíaca ou em choque.
- Alguns com verniz ou unhas falsas são aplicadas.

- Explicação dos símbolos**

As pilhas e dispositivos eletrônicos têm se eliminados em conformidade com os regulamentos locais aplicáveis, uma vez que não são considerados resíduos domésticos.
- Colocar las baterías (→)**

Después de desarmar el dispositivo, en primer lugar, inserte las baterías. El compartimento de las baterías está en la parte inferior del dispositivo. Retire la tapa de las baterías deslizando la manija hacia abajo. Inserte las baterías (2 x 1,5 V, tamaño AAA) de acuerdo con las marcas de polaridad indicadas.

	Peça aplicada tipo BF
	Mantir seco
	Fabricante
	Data de fabrico
	Sem alarme SpO2
	Indicador de pilha fraca
	Número de serie
	Proteção contra gotas de água
	Representante autorizado na Comunidade Europeia
	Saturação de oxígeno (valor en porcentaje)
	Frequência cardíaca (valor en batimentos por minuto)
	Condicões de funcionamento: 5 - 40 °C / 41 - 104 °F
	Condições de acondicionamiento: -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
	CE Marca de Conformidade

	Pieza aplicada tipo BF
	Mantir seco
	Fabricante
	Data de fabrico
	Sem alarme SpO2
	Indicador de pilha fraca
	Número de serie
	Proteção contra gotas de água
	Representante autorizado na Comunidade Europeia
	Saturação de oxígeno (valor en porcentaje)
	Frequência cardíaca (valor en batimentos por minuto)
	Condições de funcionamento: 5 - 40 °C / 41 - 104 °F
	Condições de acondicionamiento: -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
	CE Marca de Conformidade

	Pieza aplicada tipo BF
	Mantir seco
	Fabricante
	Data de fabrico
	Sem alarme SpO2
	Indicador de pilha fraca
	Número de serie
	Proteção contra gotas de água
	Representante autorizado na Comunidade Europeia
	Saturação de oxígeno (valor en porcentaje)
	Frequência cardíaca (valor en batimentos por minuto)
	Condições de funcionamento: 5 - 40 °C / 41 - 104 °F
	Condições de acondicionamiento: -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
	CE Marca de Conformidade

- Pase el extremo más delgado de el acoollador a través de el agujero colocado en el extremo posterior del dispositivo.
- Pase el extremo más grueso de el acoollador a través de el extremo roscado antes de tirar con fuerza.

9. Mensajes de error y soluciones

Descripción	Síntoma/Posible causa	Soluciones
SpO2 o frecuencia cardíaca no funciona correctamente.	1. El dedo no se ha insertado correctamente. 2. El sensor de SpO2 no funciona correctamente. 3. Excesiva iluminación ambiental.	1. Quite el dedo y reintrodúzalo correctamente. 2. Limpie el sensor de SpO2. 3. Intente más medidas. Si detérmalo que el producto funciona está funcionando correctamente, consulte a su médico.

Descripción	Síntoma/Posible causa	Soluciones
SpO2 o frecuencia cardíaca no funciona correctamente.	1. El dedo no se ha insertado correctamente. 2. El sensor de SpO2 no funciona correctamente. 3. Excesiva iluminación ambiental.	1. Quite el dedo y reintrodúzalo correctamente. 2. Limpie el sensor de SpO2. 3. Intente más medidas. Si detérmalo que el producto funciona está funcionando correctamente, consulte a su médico.

Descripción	Síntoma/Posible causa	Soluciones
SpO2 o frecuencia cardíaca no funciona correctamente.	1. El dedo no se ha insertado correctamente. 2. El sensor de SpO2 no funciona correctamente. 3. Excesiva iluminación ambiental.	1. Quite el dedo y reintrodúzalo correctamente. 2. Limpie el sensor de SpO2. 3. Intente más medidas. Si detérmalo que el producto funciona está funcionando correctamente, consulte a su médico.

Descripción	Síntoma/Posible causa	Soluciones
SpO2 o frecuencia cardíaca no funciona correctamente.	1. El dedo no se ha insertado correctamente. 2. El sensor de SpO2 no funciona correctamente. 3. Excesiva iluminación ambiental.	1. Quite el dedo y reintrodúzalo correctamente. 2. Limpie el sensor de SpO2. 3. Intente más medidas. Si detérmalo que el producto funciona está funcionando correctamente, consulte a su médico.

Descripción	Síntoma/Posible causa	Soluciones
SpO2 o frecuencia cardíaca no funciona correctamente.	1. El dedo no se ha insertado correctamente. 2. El sensor de SpO2 no funciona correctamente. 3. Excesiva iluminación ambiental.	1. Quite el dedo y reintrodúzalo correctamente. 2. Limpie el sensor de SpO2. 3. Intente más medidas. Si detérmalo que el producto funciona está funcionando correctamente, consulte a su médico.

Descripción	Síntoma/Posible causa	Soluciones
SpO2 o frecuencia cardíaca no funciona correctamente.	1. El dedo no se ha insertado correctamente. 2. El sensor de SpO2 no funciona correctamente. 3. Excesiva iluminación ambiental.	1. Quite el dedo y reintrodúzalo correctamente. 2. Limpie el sensor de SpO2. 3. Intente más medidas. Si detérmalo que el producto funciona está funcionando correctamente, consulte a su médico.

Descripción	Síntoma/Posible causa	Soluciones
SpO2 o frecuencia cardíaca no funciona correctamente.	1. El dedo no se ha insertado correctamente. 2. El sensor de SpO2 no funciona correctamente. 3. Excesiva iluminación ambiental.	1. Quite el dedo y reintrodúzalo correctamente. 2. Limpie el sensor de SpO2. 3. Intente más medidas. Si detérmalo que el producto funciona está funcionando correctamente, consulte a su médico.

Descripción	Síntoma/Posible causa	Soluciones
SpO2 o frecuencia cardíaca no funciona correctamente.	1. El dedo no se ha insertado correctamente. 2. El sensor de SpO2 no funciona correctamente. 3. Excesiva iluminación ambiental.	1. Quite el dedo y reintrodúzalo correctamente. 2. Limpie el sensor de SpO2. 3. Intente más medidas. Si detérmalo que el producto funciona está funcionando correctamente, consulte a su médico.

Descripción	Síntoma/Posible causa	Soluciones
SpO2 o frecuencia cardíaca no funciona correctamente.	1. El dedo no se ha insertado correctamente. 2. El sensor de SpO2 no funciona correctamente. 3. Excesiva iluminación ambiental.	1. Quite el dedo y reintrodúzalo correctamente. 2. Limpie el sensor de SpO2. 3. Intente más medidas. Si detérmalo que el producto funciona está funcionando correctamente, consulte a su médico.

Descripción	Síntoma/Posible causa	Soluciones
SpO2 o frecuencia cardíaca no funciona correctamente.	1. El dedo no se ha insertado correctamente. 2. El sensor de SpO2 no funciona correctamente. 3. Excesiva iluminación ambiental.	1. Quite el dedo y reintrodúzalo correctamente. 2. Limpie el sensor de SpO2. 3. Intente más medidas. Si detérmalo que el producto funciona está funcionando correctamente, consulte a su médico.

Descripción	Síntoma/Posible causa	Soluciones
SpO2 o frecuencia cardíaca no funciona correctamente.	1. El dedo no se ha insertado correctamente. 2. El sensor de SpO2 no funciona correctamente. 3. Excesiva iluminación ambiental.	1. Quite el dedo y reintrodúzalo correctamente. 2. Limpie el sensor de SpO2. 3. Intente más medidas. Si detérmalo que el producto funciona está funcionando correctamente, consulte a su médico.

Descripción	Síntoma/Posible causa	Soluciones
SpO2 o frecuencia cardíaca no funciona correctamente.	1. El dedo no se ha insertado correctamente. 2. El sensor de SpO2 no funciona correctamente. 3. Excesiva iluminación ambiental.	1. Quite el dedo y reintrodúzalo correctamente. 2. Limpie el sensor de SpO2. 3. Intente más medidas. Si detérmalo que el producto funciona está funcionando correctamente, consulte a su médico.

Descripción	Síntoma/Posible causa	Soluciones
SpO2 o frecuencia cardíaca no funciona correctamente.	1. El dedo no se ha insertado correctamente. 2. El sensor de SpO2 no funciona correctamente. 3. Excesiva iluminación ambiental.	1. Quite el dedo y reintrodúzalo correctamente. 2. Limpie el sensor de SpO2. 3. Intente más medidas. Si detérmalo que el producto funciona está funcionando correctamente, consulte a su médico.

Descripción	Síntoma/Posible causa	Soluciones
SpO2 o frecuencia cardíaca no funciona correctamente.	1. El dedo no se ha insertado correctamente. 2. El sensor de SpO2 no funciona correctamente. 3. Excesiva iluminación ambiental.	1. Quite el dedo y reintrodúzalo correctamente. 2. Limpie el sensor de SpO2. 3. Intente más medidas. Si detérmalo que el producto funciona está funcionando correctamente, consulte a su médico.

Descripción	Síntoma/Posible causa	Soluciones
SpO2 o frecuencia cardíaca no funciona correctamente.	1. El dedo no se ha insertado correctamente. 2. El sensor de SpO2 no funciona correctamente. 3. Excesiva iluminación ambiental.	1. Quite el dedo y reintrodúzalo correctamente. 2. Limpie el sensor de SpO2. 3. Intente más medidas. Si detérmalo que el producto funciona está funcionando correctamente, consulte a su médico.

Descripción	Síntoma/Posible causa	Soluciones
SpO2 o frecuencia cardíaca no funciona correctamente.	1. El dedo no se ha insertado correctamente. 2. El sensor de SpO2 no funciona correctamente. 3. Excesiva iluminación ambiental.	1. Quite el dedo y reintrodúzalo correctamente. 2. Limpie el sensor de SpO2. 3. Intente más medidas. Si detérmalo que el producto funciona está funcionando correctamente, consulte a su médico.

Descripción	Síntoma/Posible causa	Soluciones
SpO2 o frecuencia cardíaca no funciona correctamente.	1. El dedo no se ha insertado correctamente. 2. El sensor de SpO2 no funciona correctamente. 3. Excesiva iluminación ambiental.	1. Quite el dedo y reintrodúzalo correctamente. 2. Limpie el sensor de SpO2. 3. Intente más medidas. Si detérmalo que el producto funciona está funcionando correctamente, consulte a su médico.

Descripción	Síntoma/Posible causa	Soluciones
SpO2 o frecuencia cardíaca no funciona correctamente.	1. El dedo no se ha insertado correctamente. 2. El sensor de SpO2 no funciona correctamente. 3. Excesiva iluminación ambiental.	1. Quite el dedo y reintrodúzalo correctamente. 2. Limpie el sensor de SpO2. 3. Intente más medidas. Si detérmalo que el producto funciona está funcionando correctamente, consulte a su médico.

Descripción	Síntoma/Posible causa	Soluciones
SpO2 o frecuencia cardíaca no funciona correctamente.	1. El dedo no se ha insertado correctamente. 2. El sensor de SpO2 no funciona correctamente. 3. Excesiva iluminación ambiental.	1. Quite el dedo y reintrodúzalo correctamente. 2. Limpie el sensor de SpO2. 3. Intente más medidas. Si detérmalo que el producto funciona está funcionando correctamente, consulte a su médico.

Descripción	Síntoma/Posible causa	Soluciones
SpO2 o frecuencia cardíaca no funciona correctamente.	1. El dedo no se ha insertado correctamente. 2. El sensor de SpO2 no funciona correctamente. 3. Excesiva iluminación ambiental.	1. Quite el dedo y reintrodúzalo correctamente. 2. Limpie el sensor de SpO2. 3. Intente más medidas. Si detérmalo que el producto funciona está funcionando correctamente, consulte a su médico.

Descripción	Síntoma/Posible causa	Soluciones
SpO2 o frecuencia cardíaca no funciona correctamente.	1. El dedo no se ha insertado correctamente. 2. El sensor de SpO2 no funciona correctamente. 3. Excesiva iluminación ambiental.	1. Quite el dedo y reintrodúzalo correctamente. 2. Limpie el sensor de SpO2. 3. Intente más medidas. Si detérmalo que el producto funciona está funcionando correctamente, consulte a su médico.

Descripción	Síntoma/Posible causa	Soluciones
SpO2 o frecuencia cardíaca no funciona correctamente.	1. El dedo no se ha insertado correctamente. 2. El sensor de SpO2 no funciona correctamente. 3. Excesiva iluminación ambiental.	1. Quite el dedo y reintrodúzalo correctamente. 2. Limpie el sensor de SpO2. 3. Intente más medidas. Si detérmalo que el producto funciona está funcionando correctamente, consulte a su médico.

Descripción	Síntoma/Posible causa	Soluciones
SpO2 o frecuencia cardíaca no funciona correctamente.	1. El dedo no se ha insertado correctamente. 2. El sensor de SpO2 no funciona correctamente. 3. Excesiva iluminación ambiental.	1. Quite el dedo y reintrodúzalo correctamente. 2. Limpie el sensor de SpO2. 3. Intente más medidas. Si detérmalo que el producto funciona está funcionando correctamente, consulte a su médico.

Descripción	Síntoma/Posible causa	Soluciones
SpO2 o frecuencia cardíaca no funciona correctamente.	1. El dedo no se ha insertado correctamente. 2. El sensor de SpO2 no funciona correctamente. 3. Excesiva iluminación ambiental.	1. Quite el dedo y reintrodúzalo correctamente. 2. Limpie el sensor de SpO2. 3. Intente más medidas. Si detérmalo que el producto funciona está funcionando correctamente, consulte a su médico.

Descripción	Síntoma/Posible causa	Soluciones
SpO2 o frecuencia cardíaca no funciona correctamente.	1. El dedo no se ha insertado correctamente. 2. El sensor de SpO2 no funciona correctamente. 3. Excesiva iluminación ambiental.	1. Quite el dedo y reintrodúzalo correctamente. 2. Limpie el sensor de SpO2. 3. Intente más medidas. Si detérmalo que el producto funciona está funcionando correctamente, consulte a su médico.

Descripción	Síntoma/Posible causa	Soluciones
SpO2 o frecuencia cardíaca no funciona correctamente.	1. El dedo no se ha insertado correctamente. 2. El sensor de SpO2 no funciona correctamente. 3. Excesiva iluminación ambiental.	1. Quite el dedo y reintrodúzalo correctamente. 2. Limpie el sensor de SpO2. 3. Intente más medidas. Si detérmalo que el producto funciona está funcionando correctamente, consulte a su médico.

Descripción	Síntoma/Posible causa	Soluciones
SpO2 o frecuencia cardíaca no funciona correctamente.	1. El dedo no se ha insertado correctamente. 2. El sensor de SpO2 no funciona correctamente. 3. Excesiva iluminación ambiental.	1. Quite el dedo y reintrodúzalo correctamente. 2. Limpie el sensor de SpO2. 3. Intente más medidas. Si detérmalo que el producto funciona está funcionando correctamente, consulte a su médico.

Descripción	Síntoma/Posible causa	Soluciones
SpO2 o frecuencia cardíaca no funciona correctamente.	1. El dedo no se ha insertado correctamente. 2. El sensor de SpO2 no funciona correctamente. 3. Excesiva iluminación ambiental.	1. Quite el dedo y reintrodúzalo correctamente. 2. Limpie el sensor de SpO2. 3. Intente más medidas. Si detérmalo que el producto funciona está funcionando correctamente, consulte a su médico.

Descripción	Síntoma/Posible causa	Soluciones
SpO2 o frecuencia cardíaca no funciona correctamente.	1. El dedo no se ha insertado correctamente. 2. El sensor de SpO2 no funciona correctamente. 3. Excesiva iluminación ambiental.	1. Quite el dedo y reintrodúzalo correctamente. 2. Limpie el sensor de SpO2. 3. Intente más medidas. Si detérmalo que el producto funciona está funcionando correctamente, consulte a su médico.

Descripción	Síntoma/Posible causa	Soluciones
SpO2 o frecuencia cardíaca no funciona correctamente.	1. El dedo no se ha insertado correctamente. 2. El sensor de SpO2 no funciona correctamente. 3. Excesiva iluminación ambiental.	1. Quite el dedo y reintrodúzalo correctamente. 2. Limpie el sensor de SpO2. 3. Intente más medidas. Si detérmalo que el producto funciona está funcionando correctamente, consulte a su médico.

Pulse Oxímetro

- AANUIT knop
- Zuurstofsatueratie (waarde in percentage)
- Hartslag (slagen per minuut)
- Puls (golven (pleisymografische golf))
- Pulse bar
- Laage batterijspanning
- Plaatsen van de batterijen
- Bevestiging van de draagriem
- Schermb modus
- Meetrincipe

Geachte klant,
Deze Microfil® finger pulse oximeter is een draagbaar, niet-invasief apparaat dat bedoeld is voor plaatselijke metingen van de zuurstofverzadiging van arteriële hematoglobine (SpO2) en hartslag van volwassenen en pediatrische patiënten. Het is geschikt voor privé gebruik (thuis) en voor gebruik in het ziekenhuis sector (ziekenhuizen en huisartsen). Het apparaat is klinisch bewezen en wordt gebruikt met een hoge precisie tijdens het herhalen van de meting.
Lees deze handling zorgvuldig door zodat u alle functies en veiligheidsinformatie begrijpt. Wij vinden graag dat u tevreden bent over het apparaat. Mocht u vragen hebben of wanneer u reserveonderdelen wilt bestellen, neemt u contact op met uw Microfil® importeur. De verkoper zal u het adres van de Microfil® importeur in uw land geven. Nutrijkt kunt u ook de website *www.microfil.nl* raadplegen, waar u waardevolle informatie kunt vinden over onze producten.
Bewaar het instructieboekje op een veilige plaats voor toekomstige referentie. Het apparaat is een medisch hulpmiddel.
Blijf gezond – Microfil® AG!

- Uitleg van de symbolen**

Batterijen en elektronische instrumenten moeten volgens de plaatselijke reggeving worden verwijderd, niet bij het huishoudelijke afval.

	Geleveerd onderdeel type BF
	Droog houden
	Fabrikant
	Fabrikant gegevens
	Geen SpO2 alarm
	Lage batterijspanning
	Serie nummer
	Bescherm tegen druppelend water
	Geautoriseerde vertegenwoordiger in Europa
	Zuurstofsatueratie (waarde in percentage)
	Hartslag (slagen per minuut)
	Werkingscondities: 5 - 40 °C / 41 - 104 °F
	Bewaarcondities: -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
	CE Markering van Conformiteit

	Geleveerd onderdeel type BF
	Droog houden
	Fabrikant
	Fabrikant gegevens
	Geen SpO2 alarm
	Lage batterijspanning
	S